

Läkemedelsnytt februari

Information från Läkemedelsenheten

Slutna system

Vid iordningställande av allergena läkemedel, t.ex. antibiotika, finns slutna system att använda. Två exempel på dessa är Chemfort och PhaSeal/optima. Dessa minskar risken för läckage och filtrerar luften så att allergena substanser inte kommer ut i omgivningen. Ett säkrare sätt att hantera läkemedel helt enkelt. För att fungera fullt ut är det viktigt att använda slutet system hela vägen från iordningställande till patient.



Några tips att ha med sig:

- Vätska ska alltid färdas nedåt i dessa system
- För att filtren ska fungera som det är tänkt ska man inte "pumpa" vätska fram och tillbaka
- Tillsätt vätskan lugnt och försiktigt (undantag för vissa läkemedel där det inte går att blanda utan att tillsätta lite hastigare)
- För att minska risk för läckage -sätt ihop delarna rakt och böj inte anslutningarna


Har ni frågor kring detta -tveka inte att kontakta oss på läkemedelsenheten.

Arixtra

En kvalitetsdefekt har upptäckts i form av en brun missfärgning och blockering i nålen på förfyllda Arixtra-sprutor. Detta beror på en främmande järnpartikel. Vidta följande kontrollåtgärder innan administrering:

- Inspektera noggrant alla sprutor där nålen fäster vid sprutan
- Om kanylfattningen är missfärgad -använd inte produkten utan returnera den

Kvalitetsdefekten är sällsynt. Mer information finns på läkemedelsverkets hemsida.



Insuliner

Under 2026 kommer tillgången på Insulin Lispro Sanofi att minska. Rekommendationen är att patienter får byta till annan behandling under året. Insulin Lispro är inte utbytbar på apoteken, så nytt recept på annat kortverkande insulin behövs.

Rekommendation:

- Inga nya behandlingar bör påbörjas med Insulin Lispro Sanofi
- Behandlingar för patienter som använder Insulin Lispro Sanofi ska bytas till andra snabbverkande insulinanaloger, dock ej Apidra eller Insulin Aspart Sanofi som också tillverkas av Sanofi

